



Pesi singoli o pesiere a corredo di strumenti per pesare

Nella verifica degli strumenti per pesare (NAWI), che hanno pesi a corredo, utilizzati nelle diverse attività commerciali: Farmacie, Erboristerie, Ortofrutta, Ferramenta, Oreficerie, Laboratori orafi, Oleifici, Cantine, Ingrosso cereali, Ingrosso Mat. Edili, Az. Agricole, ecc., è necessario eseguire la verifica periodica anche dei pesi a corredo. Perché la correttezza dello strumento è funzione della correttezza dei pesi a corredo.

I pesi a corredo dello strumento possono essere pesiere complete o pesi singoli e, devono essere presentati a verifica unitamente allo strumento.

La verifica dei pesi normalmente è eseguita c/o il laboratorio metrologico dell'organismo che esegue la verificazione periodica, con bilance aventi classe di precisione tali da consentire la verifica delle tolleranze previste per ciascun peso, di cui alle Raccomandazioni OIML R:111.

- Per i pesi a corredo la valenza della verifica periodica è uguale a quello dello strumento;

Se la verifica riguarda il singolo peso o pesiera, la valenza della verifica è di 4 anni ([allegato IV al Decreto n. 93/2017](#) [1]).

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Ultima modifica: Martedì 11 Maggio 2021

Condividi

Source URL: <https://www.basilicata.camcom.it/regolazione-del-mercato/metrologia-legale/verifica-degli-strumenti-di-misura-in-servizio/masse-e-misure-campioni/pesi-singoli-o-pesiere-a-corredo-di-strumenti-per-pesare>

Collegamenti

[1] file:///F:/CCIAA%20BASILICATA/Sito%20CCIAA%20Basilicata-da%20inviare/3.2.4%20%20%20%20Verifica%20degli%20strumenti%20di%20misura%20in%20servizio/Allegato%20IV%20DM%2093-Periodicit%C3%A0%20V.P. Strumenti%20in%20Servizio.docx