

Allegato IV (art. 4, comma 3 D.M. 93/17) - Periodicità delle verificazioni
Periodicità della verifica degli strumenti di misura in servizio

Categoria degli strumenti	Periodicità della verifica
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico	Selezionatrici ponderali per la determinazione di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua	2 anni
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione	2 anni
Misure di capacità	4 anni
Pesi	4 anni
Contatori dell'acqua	Meccanici con portata permanente (Q^3) fino a $16 \text{ m}^3/\text{h}$ compresi: 10 anni Statici e venturimetrici con portata permanente (Q^3) maggiore di $16 \text{ m}^3/\text{h}$: 13 anni
Contatori del gas	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni
Dispositivi di conversione del volume	Tipo 2-Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni Tipo 1-Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori del gas: 8 anni
Contatori di energia elettrica attiva	Elettromeccanici: 18 anni Statici: - bassa tensione (BT-fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C): 15 anni - media e alta tensione (MT - AT >1000V): 10 anni
Contatore di calore	Portata Q_p fino a $3 \text{ m}^3/\text{h}$ - con sensore di flusso meccanico: 6 anni - con sensore di flusso statico: 9 anni Portata Q_p superiore a $3 \text{ m}^3/\text{h}$ - con sensore di flusso meccanico: 5 anni - con sensore di flusso statico: 8 anni
Indicatori di livello	2 anni
Tassametri	2 anni
Strumenti di misura della dimensione	3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati	3 anni